



発行日 2023年7月10日  
発行番号 C230704-A04  
管理ID 2103


## 校正証明書

品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	039X0080
校正項目	温度
校正年月日	2023年7月4日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。  
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2023年7月10日  
発行番号 T230704-A04  
管理ID 2103

## 試験成績書

品名 温湿度計  
製品名 OnDoll-Sensor  
シリアル番号 039X0080  
校正項目 温度  
校正室の環境 温度 24.1±0.5℃、湿度 60.3±2.1%  
校正年月日 2023年7月4日

### 温度校正結果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.0	0.0
+25.0	+24.9	-0.1

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

### 湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)	恒温槽内温度(℃)
---	---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。

### 校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE THERMOMETER	---
シリアル番号	D21065012	---
校正日	2022年10月24日	---

承認	校正者

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス

