

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2022/10

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	-29.9	-29.4	-27.2
2日	-29.9	-29.4	-28.0
3日	-30.0	-29.2	-27.0
4日	-30.1	-29.2	-27.4
5日	-30.1	-29.2	-27.6
6日	-30.1	-29.3	-28.0
7日	-29.9	-29.2	-26.6
8日	-30.1	-29.6	-29.3
9日	-30.0	-29.5	-29.2
10日	-30.1	-29.6	-28.4
11日	-30.3	-29.1	-25.2
12日	-30.1	-29.1	-25.7
13日	-29.9	-29.2	-27.8
14日	-29.6	-29.0	-27.7
15日	-30.0	-29.3	-28.2
16日	-30.0	-29.6	-29.2
17日	-30.0	-29.3	-26.9
18日	-29.9	-29.1	-27.3
19日	-29.8	-28.9	-26.4
20日	-29.9	-29.0	-25.5
21日	-29.9	-29.1	-26.0
22日	-30.3	-29.6	-29.2
23日	-30.0	-29.5	-29.1
24日	-30.1	-29.1	-25.9
25日	-30.0	-29.3	-27.7
26日	-29.9	-29.3	-28.0
27日	-30.2	-29.2	-27.2
28日	-30.2	-29.3	-27.0
29日	-30.2	-29.5	-27.6
30日	-30.3	-29.6	-28.9
31日	-30.1	-29.1	-22.0
全体	-30.3	-29.3	-22.0

温度逸脱がないことを確認しました。

2022年11月1日

検査技師長： 小中清史