

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2022/11

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	-30.2	-29.2	-25.6
2日	-30.3	-29.4	-27.9
3日	-30.1	-29.7	-29.1
4日	-30.2	-29.5	-28.2
5日	-30.2	-29.8	-29.5
6日	-30.2	-29.7	-29.4
7日	-30.1	-29.4	-27.4
8日	-30.1	-29.3	-28.0
9日	-30.4	-29.3	-27.3
10日	-30.2	-29.5	-28.3
11日	-30.3	-29.5	-27.7
12日	-30.3	-29.9	-29.6
13日	-30.2	-29.8	-29.4
14日	-30.2	-29.5	-27.3
15日	-30.4	-29.6	-28.3
16日	-30.2	-29.4	-27.4
17日	-30.0	-29.3	-28.3
18日	-30.2	-29.6	-28.2
19日	-30.1	-29.7	-28.3
20日	-30.3	-29.8	-29.5
21日	-30.3	-29.5	-27.6
22日	-30.4	-29.7	-28.3
23日	-30.5	-29.9	-28.6
24日	-30.4	-29.8	-28.3
25日	-30.4	-29.7	-27.7
26日	-30.6	-30.0	-29.7
27日	-30.5	-30.0	-28.5
28日	-30.5	-29.8	-28.3
29日	-30.5	-29.7	-28.2
30日	-30.4	-29.7	-28.2
全体	-30.6	-29.6	-25.6

温度逸脱がないことを確認しました。

2022年 / 12 月 / 日

検査技師長： 山中清史