

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2022/12

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	-30.4	-29.6	-27.3
2日	-30.4	-29.8	-28.5
3日	-30.2	-29.8	-28.2
4日	-30.3	-29.8	-28.6
5日	-30.3	-29.6	-28.4
6日	-30.3	-29.5	-26.7
7日	-30.4	-29.8	-28.7
8日	-30.7	-29.8	-28.7
9日	-30.6	-29.6	-28.4
10日	-30.3	-29.9	-29.5
11日	-30.3	-29.9	-29.5
12日	-30.4	-29.7	-28.1
13日	-30.3	-29.7	-28.3
14日	-30.2	-27.9	-18.6
15日	-28.0	-27.4	-26.1
16日	-28.0	-27.5	-24.8
17日	-27.9	-27.6	-26.8
18日	-27.9	-27.6	-26.6
19日	-28.0	-27.5	-26.5
20日	-28.0	-27.5	-26.6
21日	-28.0	-27.5	-26.3
22日	-27.9	-27.5	-26.6
23日	-28.2	-27.6	-26.6
24日	-28.0	-27.7	-27.1
25日	-28.1	-27.8	-27.3
26日	-28.1	-27.5	-26.5
27日	-28.0	-27.6	-26.9
28日	-28.1	-27.4	-24.5
29日	-28.1	-27.8	-27.5
30日	-28.1	-27.8	-27.6
31日	-28.1	-27.7	-26.4
全体	-30.7	-28.5	-18.6

12月14日 6時58分59秒から7時6分59秒までの8分間、温度逸脱があったが、治験検体はないため、問題はないと判断する。

2023年1月4日

検査技師長

山中清史