

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2023/01

|     | 外付け温度(°c) |       |       |
|-----|-----------|-------|-------|
|     | 最低        | 平均    | 最高    |
| 1日  | -28.1     | -27.8 | -26.9 |
| 2日  | -28.3     | -27.8 | -27.1 |
| 3日  | -28.1     | -27.8 | -26.5 |
| 4日  | -28.1     | -27.6 | -26.5 |
| 5日  | -28.1     | -27.7 | -26.6 |
| 6日  | -28.3     | -27.5 | -25.0 |
| 7日  | -28.2     | -27.9 | -26.9 |
| 8日  | -28.1     | -27.9 | -26.9 |
| 9日  | -28.2     | -27.8 | -25.9 |
| 10日 | -28.3     | -27.7 | -26.1 |
| 11日 | -28.3     | -27.7 | -26.3 |
| 12日 | -28.4     | -27.9 | -26.9 |
| 13日 | -28.5     | -27.9 | -26.9 |
| 14日 | -28.3     | -28.0 | -26.7 |
| 15日 | -28.3     | -28.0 | -27.5 |
| 16日 | -28.5     | -28.0 | -27.2 |
| 17日 | -28.7     | -28.1 | -26.7 |
| 18日 | -28.7     | -28.2 | -27.2 |
| 19日 | -28.9     | -28.3 | -27.3 |
| 20日 | -28.9     | -28.1 | -27.1 |
| 21日 | -28.5     | -28.2 | -27.5 |
| 22日 | -28.8     | -28.4 | -28.0 |
| 23日 | -29.0     | -28.1 | -25.8 |
| 24日 | -28.7     | -28.2 | -27.5 |
| 25日 | -29.0     | -28.3 | -26.5 |
| 26日 | -29.0     | -28.4 | -27.3 |
| 27日 | -28.9     | -28.3 | -27.1 |
| 28日 | -29.0     | -28.6 | -28.3 |
| 29日 | -29.0     | -28.5 | -28.3 |
| 30日 | -28.7     | -28.3 | -27.5 |
| 31日 | -28.9     | -28.4 | -27.7 |
| 全体  | -29.0     | -28.0 | -25.0 |

温度逸脱がないことを確認しました。

2023年2月1日

検査技師長

山中清史