

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2023/02

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	-28.9	-28.2	-26.8
2日	-28.8	-28.3	-26.9
3日	-28.7	-28.2	-26.7
4日	-28.9	-28.4	-27.2
5日	<b>-29.0</b>	-28.6	-28.3
6日	-28.8	-28.0	-22.5
7日	<b>-29.0</b>	-28.4	-27.0
8日	-28.9	-28.3	-27.4
9日	-28.9	-28.3	-27.3
10日	-28.9	-28.2	-26.8
11日	<b>-29.0</b>	-28.5	-27.7
12日	-28.8	-28.5	-27.9
13日	-28.8	-28.3	-27.4
14日	-28.9	-28.3	-27.5
15日	-28.7	-28.1	-25.0
16日	-28.8	-28.3	-27.3
17日	-28.7	-28.2	-27.1
18日	-28.7	-28.4	-27.8
19日	-28.8	-28.5	-28.2
20日	-28.9	-28.2	-25.8
21日	-28.8	-28.3	-27.1
22日	-28.9	-28.4	-27.6
23日	-28.9	-28.5	-28.0
24日	-28.8	-28.3	-27.1
25日	-28.7	-28.5	-27.5
26日	-28.9	-28.5	-28.0
27日	-28.9	-28.3	-27.2
28日	-28.9	-28.4	-27.5
全体	<b>-29.0</b>	-28.3	-22.5

温度逸脱がないことを確認しました。

2023年3月1日

検査技師長

山中清史