

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2023/03

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	-28.9	-28.4	-27.3
2日	-29.0	-28.4	-27.2
3日	-29.1	-28.4	-26.6
4日	-29.2	-28.8	-28.3
5日	-29.0	-28.7	-27.3
6日	-29.1	-28.3	-27.1
7日	-28.4	-27.9	-26.5
8日	-28.3	-27.8	-26.9
9日	-28.2	-27.6	-20.2
10日	-28.3	-27.8	-25.8
11日	-28.4	-28.1	-27.2
12日	-28.5	-28.2	-27.3
13日	-28.5	-28.0	-27.2
14日	-28.5	-28.0	-26.4
15日	-28.9	-28.0	-24.9
16日	-28.6	-28.0	-26.4
17日	-28.6	-28.2	-26.5
18日	-28.7	-28.4	-27.7
19日	-28.8	-28.4	-27.2
20日	-28.8	-28.2	-27.3
21日	-28.7	-28.4	-27.6
22日	-28.6	-28.1	-23.9
23日	-28.7	17.5	25.7
24日	-27.6	18.1	25.6
25日	-27.9	-27.6	-27.5
26日	-27.9	-27.5	-27.4
27日	-28.0	-27.4	-26.0
28日	-28.1	-27.7	-26.7
29日	-28.1	-27.7	-26.9
30日	-27.9	-27.3	-25.8
31日	-27.7	-27.0	-25.3
全体	-29.2	-25.1	25.7

温度逸脱がないことを確認しました。

尚、23日10時8分から24日14時34分までに、霜取り作業を行った為、温度逸脱となった。

その際には、治験検体については保管していないことは確認し、作業を実施した。

2023年4月3日

検査技師長 山中清史