

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2023/04

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	-27.8	-27.6	-27.0
2日	-27.9	-27.6	-27.5
3日	-27.9	-27.4	-26.7
4日	-27.8	-27.2	-25.7
5日	-27.7	-26.0	-18.6
6日	-27.6	-27.0	-25.2
7日	-27.8	-26.9	-24.2
8日	-27.6	-27.3	-26.9
9日	-27.6	-27.3	-26.7
10日	-27.7	-27.1	-24.9
11日	-27.9	-27.1	-22.3
12日	-27.7	-27.1	-24.7
13日	-27.9	-27.3	-25.8
14日	-27.9	-27.4	-26.6
15日	-28.0	-27.6	-27.5
16日	-28.0	-27.6	-27.5
17日	-27.9	-27.3	-24.8
18日	-27.8	-27.3	-26.5
19日	-27.9	-27.0	-22.6
20日	-27.7	-27.0	-25.0
21日	-27.5	-26.9	-25.3
22日	-27.4	-27.1	-26.9
23日	-27.7	-27.3	-26.9
24日	-27.6	-27.1	-26.0
25日	-27.7	-27.1	-25.8
26日	-27.5	-26.7	-23.3
27日	-27.7	-27.2	-26.4
28日	-27.7	-27.0	-25.8
29日	-27.2	-26.9	-26.7
30日	-27.3	-27.0	-26.7
全体	-28.0	-27.1	-18.6

4月5日発生した、温度逸脱については、冷凍庫扉が閉め切れていなかったことによるものであった。
治験検体は保管していないことは確認した。

その他については、温度逸脱がないことを確認した。

2023年5月1日

検査技師長

山本 清史