

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2023/05

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	-27.1	-26.6	-25.1
2日	-27.3	-26.7	-26.2
3日	-27.0	-26.7	-26.0
4日	-27.1	-26.7	-25.7
5日	-27.0	-26.7	-26.6
6日	-27.1	-26.7	-26.5
7日	-27.0	-26.7	-26.4
8日	-27.0	-26.6	-25.7
9日	-26.8	-25.8	-22.4
10日	-27.2	-26.1	-23.9
11日	-27.3	-26.7	-24.1
12日	-27.4	-26.7	-24.5
13日	-27.5	-27.1	-26.9
14日	-27.6	-27.2	-26.3
15日	-27.4	-26.9	-25.5
16日	-27.4	-27.0	-26.2
17日	-27.4	-25.9	-22.5
18日	-27.1	-26.1	-23.2
19日	-27.3	-26.2	-22.7
20日	-27.0	-26.8	-26.6
21日	-27.2	-26.8	-26.6
22日	-27.1	-26.2	-24.3
23日	-27.2	-26.2	-20.6
24日	-27.1	-26.6	-25.2
25日	-27.3	-26.8	-25.3
26日	-27.5	-26.4	-24.1
27日	-27.1	-26.8	-26.6
28日	-27.1	-26.7	-25.9
29日	-27.2	-26.1	-22.8
30日	-27.0	-26.2	-24.0
31日	-27.1	-26.1	-23.3
全体	-27.6	-26.5	-20.6

温度逸脱がないことを確認した。

2023年6月1日

検査技師長 山中清史