

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2023/06

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	-26.8	-26.0	-23.5
2日	-27.0	-26.1	-24.2
3日	-27.1	-26.6	-26.4
4日	-27.1	-26.8	-26.6
5日	-27.0	-26.3	-24.1
6日	-27.0	-26.3	-24.3
7日	-27.2	-26.2	-24.8
8日	-27.0	-25.9	-23.7
9日	-26.8	-26.3	-25.0
10日	-27.0	-26.5	-26.3
11日	-26.9	-26.5	-26.3
12日	-26.9	-26.1	-24.2
13日	-26.9	-26.1	-23.9
14日	-26.8	-26.1	-24.6
15日	-26.8	-26.1	-24.5
16日	-26.9	-25.9	-23.1
17日	-27.1	-26.6	-26.4
18日	-26.9	-26.6	-25.6
19日	-27.0	-26.3	-23.6
20日	-27.0	-26.4	-25.1
21日	-26.9	-26.2	-24.1
22日	-26.9	-26.2	-24.8
23日	-27.1	-25.9	-23.4
24日	-27.0	-26.6	-26.4
25日	-27.0	-26.6	-26.5
26日	-26.9	-26.0	-23.2
27日	-27.0	-26.4	-24.5
28日	-27.2	-26.2	-23.2
29日	-26.7	-26.2	-24.9
30日	-26.8	-25.8	-22.7
全体	-27.2	-26.3	-22.7

温度逸脱がないことを確認した。

2023年7月3日

検査技師長

山中清史