

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2023/07

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-26.6	-26.2	-24.7
2日	-26.6	-26.4	-26.0
3日	-26.6	-25.6	-23.1
4日	-26.6	-25.7	-23.6
5日	-26.5	-25.8	-23.5
6日	-26.5	-25.7	-23.4
7日	-26.5	-25.5	-22.8
8日	-26.1	-25.8	-25.6
9日	-26.3	-26.0	-25.8
10日	-26.3	-25.6	-24.0
11日	-26.3	-25.5	-22.9
12日	-26.4	-25.7	-24.0
13日	-26.3	-25.3	-22.4
14日	-26.1	-25.3	-23.2
15日	-25.6	-25.4	-25.3
16日	-25.7	-25.5	-25.3
17日	-26.0	-25.5	-25.4
18日	-25.8	-25.2	-23.9
19日	-25.9	-23.3	-19.3
20日	-24.1	-23.5	-22.6
21日	-24.0	-23.5	-22.5
22日	-24.0	-23.8	-23.6
23日	-24.1	-23.9	-23.7
24日	-24.4	-23.8	-22.5
25日	-24.6	-24.1	-22.9
26日	-24.4	-23.7	-22.2
27日	-24.2	-23.6	-22.5
28日	-24.2	-23.8	-22.7
29日	-24.3	-24.2	-24.0
30日	-24.5	-24.3	-24.1
31日	-24.5	-23.7	-21.9
全体	-26.6	-24.9	-19.3

7月19日に発生した温度逸脱については、冷凍庫扉が閉めきれていないことによるものだった。
 すでに該当する依頼者へは報告し対応済。
 その他温度逸脱がないことを確認した。

2023年8月1日

検査技師長

山中清史