

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2023/08

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-24.2	-23.7	-21.8
2日	-24.3	-23.4	-21.4
3日	-24.0	-23.3	-21.2
4日	-24.2	-23.5	-21.5
5日	-24.2	-24.1	-23.8
6日	-24.4	-24.2	-24.0
7日	-24.4	-23.5	-21.4
8日	-24.1	-22.1	-18.3
9日	-24.0	-23.3	-20.9
10日	-24.0	-23.5	-21.9
11日	-24.2	-23.9	-23.8
12日	-24.3	-24.1	-23.9
13日	-24.3	-24.1	-23.9
14日	-24.6	-23.7	-21.5
15日	-24.6	-23.9	-21.6
16日	-24.9	-23.7	-21.8
17日	-24.4	-23.8	-22.7
18日	-24.4	-23.3	-21.1
19日	-24.3	-23.7	-23.2
20日	-24.3	-23.9	-23.7
21日	-24.3	-23.6	-22.7
22日	-24.6	-23.9	-22.2
23日	-25.3	-24.4	-21.9
24日	-25.4	-23.7	-19.2
25日	-24.9	-24.2	-21.4
26日	-25.1	-24.8	-24.0
27日	-25.1	-24.9	-24.8
28日	-25.1	-24.0	-19.9
29日	-25.5	-24.5	-21.9
30日	-30.4	-25.3	-18.0
31日	-30.7	-30.1	-28.7
全体	-30.7	-24.1	-18.0

8月8日、8月24日、8月28日、8月30日に発生した温度逸脱については、全て冷凍庫扉が閉めきれていないことによる
いずれの逸脱発生時も、検体は入っていなかった。

その他温度逸脱がないことを確認した。

2023年9月1日

検査技師長

山中清史