

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2023/09

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-30.6	-30.0	-28.2
2日	-30.7	-30.1	-29.8
3日	-30.5	-29.9	-29.4
4日	-30.8	-29.8	-27.9
5日	-30.8	-30.2	-27.5
6日	-30.8	-30.3	-28.7
7日	-31.0	-30.2	-28.3
8日	-30.9	-30.1	-28.8
9日	-30.9	-30.3	-29.4
10日	-31.0	-30.2	-29.9
11日	-30.9	-30.3	-29.2
12日	-30.8	-30.3	-29.5
13日	-30.9	-30.2	-28.6
14日	-31.2	-30.3	-28.4
15日	-31.5	-30.5	-29.3
16日	-31.3	-30.6	-30.3
17日	-31.2	-30.6	-29.9
18日	-31.3	-30.6	-30.2
19日	-31.2	-30.6	-29.6
20日	-31.0	-30.4	-28.2
21日	-31.1	-30.5	-28.9
22日	-31.2	-30.6	-29.8
23日	-31.2	-30.7	-30.0
24日	-31.3	-30.7	-29.9
25日	-31.5	-30.6	-28.7
26日	-31.2	-30.7	-29.9
27日	-31.5	-30.8	-29.9
28日	-31.4	-27.5	-14.7
29日	-31.3	-30.6	-29.1
30日	-31.3	-30.8	-30.3
全体	-31.5	-30.3	-14.7

9月28日に発生した温度逸脱については、検体が入っていないことを確認後、霜取り作業を行ったためだった。
その他温度逸脱がないことを確認した。

2023年10月2日

検査技師長

山中清史