

## 姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2023/10

	外付け温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	-31.3	-30.7	-30.4
2日	-31.2	-30.5	-29.6
3日	-31.5	-30.6	-29.2
4日	-31.5	-30.7	-29.0
5日	-31.1	-30.4	-28.6
6日	-31.5	-30.6	-29.1
7日	-31.1	-30.7	-29.8
8日	-31.2	-30.8	-30.1
9日	-31.3	-30.8	-30.0
10日	-31.3	-30.7	-29.8
11日	-31.3	-30.6	-29.0
12日	-31.1	-30.6	-29.3
13日	-31.2	-30.4	-28.7
14日	-31.2	-30.7	-30.1
15日	-31.2	-30.7	-30.4
16日	-31.1	-30.4	-26.8
17日	-31.3	-30.6	-29.1
18日	-31.4	-30.7	-29.0
19日	-31.5	-30.9	-29.4
20日	<b>-31.7</b>	-30.8	-29.0
21日	-31.5	-31.0	-30.7
22日	<b>-31.7</b>	-31.0	-30.7
23日	-31.4	-30.8	-30.0
24日	-31.6	-30.9	-29.6
25日	-31.4	-30.5	-28.7
26日	-31.3	-30.3	-27.3
27日	-31.3	-30.6	-29.1
28日	-31.2	-30.0	<b>-19.3</b>
29日	-31.3	-30.8	-30.3
30日	-31.3	-30.6	-28.9
31日	-31.4	-30.6	-29.1
全体	<b>-31.7</b>	-30.6	<b>-19.3</b>

9月28日に発生した温度逸脱については、冷凍庫扉が閉めきれいでなかったことが原因で、温度逸脱時、検体は入っていなかった。  
その他温度逸脱がないことを確認した。

2023年11月1日  
検査技師長

山中清史