

## 姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2023/11

	外付け温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	-31.4	-30.5	-29.0
2日	-31.0	-30.5	-29.3
3日	-31.3	-30.7	-29.1
4日	-31.4	-30.7	-30.2
5日	-31.4	-30.8	-30.5
6日	-31.4	-30.8	-29.4
7日	<b>-31.8</b>	-31.1	-30.0
8日	-31.7	-30.8	-29.8
9日	-31.3	-30.5	-28.4
10日	-31.4	-30.7	-29.7
11日	-31.3	-30.8	-30.4
12日	-31.4	-30.8	-29.7
13日	-31.2	-30.3	-28.9
14日	-30.6	-30.1	-28.8
15日	-31.2	-30.3	-28.7
16日	-31.4	-30.5	-26.2
17日	-31.1	-30.7	-29.5
18日	-31.3	-30.8	-30.5
19日	-31.3	-30.8	-30.5
20日	-31.3	-30.7	-28.9
21日	-31.5	-30.8	-29.9
22日	-31.3	-30.7	-29.0
23日	-31.7	-30.6	<b>-21.8</b>
24日	-31.6	-30.9	-30.1
25日	-31.2	-30.9	-29.9
26日	-31.5	-30.9	-30.4
27日	-31.5	-30.7	-29.2
28日	-31.4	-30.8	-29.4
29日	-31.4	-30.9	-30.0
30日	-31.7	-31.0	-30.4
全体	<b>-31.8</b>	-30.7	<b>-21.8</b>

2023年12月1日  
検査技師長

北中清史