

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2023/12

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-31.5	-30.7	-29.4
2日	-31.3	-30.7	-29.4
3日	-31.2	-30.6	-29.9
4日	-31.5	-30.6	-28.6
5日	-31.1	-30.4	-28.9
6日	-30.7	-30.1	-28.1
7日	-30.7	-30.1	-28.9
8日	-30.8	-29.9	-26.5
9日	-31.0	-30.3	-28.1
10日	-30.8	-30.3	-28.7
11日	-30.6	-29.7	-26.9
12日	-30.8	-30.2	-29.1
13日	-30.6	-30.0	-29.0
14日	-30.5	-29.9	-28.8
15日	-30.4	-29.9	-28.2
16日	-30.5	-30.2	-29.4
17日	-30.6	-30.1	-29.3
18日	-30.7	-29.8	-28.3
19日	-30.4	-29.7	-28.7
20日	-30.9	-28.7	-24.4
21日	-31.1	-30.5	-30.0
22日	-31.1	-30.6	-30.0
23日	-31.1	-30.6	-29.0
24日	-31.2	-30.8	-30.2
25日	-31.2	-30.4	-29.0
26日	-31.0	-30.4	-28.9
27日	-31.1	-30.4	-29.3
28日	-31.0	-30.6	-29.9
29日	-31.1	-30.7	-30.3
30日	-31.1	-30.6	-30.1
31日	-31.0	-30.6	-30.3
全体	-31.5	-30.3	-24.4

温度逸脱がないことを確認しました。

2024年1月4日

検査技師長

山中清史