

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2024/01

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-31.2	-30.7	-30.4
2日	-31.3	-30.6	-29.8
3日	-31.0	-30.6	-29.3
4日	-31.2	-29.8	-24.0
5日	-31.0	-30.1	-27.0
6日	-31.1	-30.6	-30.1
7日	-31.2	-30.7	-30.2
8日	-31.1	-30.7	-30.1
9日	-31.2	-30.5	-28.6
10日	-31.1	-30.7	-29.9
11日	-31.2	-30.7	-29.8
12日	-31.3	-30.7	-30.2
13日	-31.2	-30.7	-30.1
14日	-31.5	-30.8	-30.4
15日	-31.1	-30.6	-30.0
16日	-31.3	-30.7	-29.7
17日	-31.1	-30.6	-29.7
18日	-31.3	-30.6	-29.6
19日	-31.3	-30.8	-30.1
20日	-31.4	-30.9	-30.5
21日	-31.4	-30.9	-30.7
22日	-31.4	-30.8	-29.8
23日	-31.4	-30.7	-29.7
24日	-31.3	-30.8	-30.2
25日	-31.3	-30.7	-29.9
26日	-31.5	-30.8	-30.3
27日	-31.4	-30.9	-30.5
28日	-31.4	-30.9	-30.3
29日	-31.4	-30.8	-30.0
30日	-31.3	-30.8	-29.8
31日	-31.3	-30.6	-29.3
全体	-31.5	-30.7	-24.0

温度逸脱がないことを確認しました。
 2024年2月1日
 検査技師長 *小中清史*