

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2024/02

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-31.3	-30.8	-30.0
2日	-31.4	-30.9	-30.2
3日	-31.4	-31.0	-30.6
4日	-31.4	-31.0	-30.6
5日	-31.3	-30.9	-30.1
6日	-31.4	-30.9	-30.3
7日	-31.3	-30.7	-28.5
8日	-31.4	-30.8	-30.0
9日	-31.5	-30.9	-30.3
10日	-31.6	-31.0	-30.6
11日	-31.6	-31.0	-30.6
12日	-31.6	-31.0	-30.7
13日	-31.5	-31.0	-30.3
14日	-31.3	-30.8	-29.2
15日	-31.5	-30.9	-29.9
16日	-31.5	-31.0	-30.4
17日	-31.5	-31.1	-30.7
18日	-31.6	-31.1	-30.5
19日	-31.5	-30.9	-30.1
20日	-31.6	-30.9	-29.8
21日	-31.3	-30.7	-29.4
22日	-31.3	-30.9	-30.3
23日	-31.5	-31.0	-30.6
24日	-31.5	-31.0	-30.5
25日	-31.5	-31.0	-30.7
26日	-31.7	-31.0	-30.4
27日	-31.6	-30.9	-30.1
28日	-31.6	-30.9	-30.1
29日	-31.4	-31.0	-30.4
全体	-31.7	-30.9	-28.5

温度逸脱がないことを確認しました。

2024年3月1日

検査技師長

山中清史