

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2024/03

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-31.6	-30.9	-29.3
2日	-32.1	-31.1	-30.4
3日	-32.0	-31.2	-30.9
4日	-31.6	-31.1	-30.5
5日	-31.6	-31.0	-29.8
6日	-31.5	-30.9	-29.6
7日	-31.6	-30.8	-29.4
8日	-31.2	-30.5	-29.1
9日	-31.1	-30.6	-30.3
10日	-30.9	-30.6	-30.3
11日	-31.1	-30.5	-29.8
12日	-31.0	-30.4	-29.7
13日	-30.9	-30.3	-29.0
14日	-31.0	-30.4	-29.5
15日	-31.0	-30.4	-29.0
16日	-31.1	-30.5	-30.1
17日	-31.1	-30.5	-30.2
18日	-31.1	-30.5	-29.8
19日	-31.0	-30.5	-29.8
20日	-31.2	-30.6	-29.7
21日	-31.2	-30.5	-29.3
22日	-30.9	-30.5	-29.7
23日	-31.1	-30.6	-29.8
24日	-31.1	-30.6	-30.1
25日	-31.1	-30.5	-29.5
26日	-31.1	-30.5	-29.5
27日	-31.1	-30.5	-29.6
28日	-31.1	-30.5	-29.2
29日	-31.2	-30.5	-29.7
30日	-31.1	-30.6	-30.2
31日	-31.2	-30.6	-30.1
全体	-32.1	-30.6	-29.0

温度逸脱がないことを確認しました。

2024年4月1日

検査技師長

山中清史