

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2024/04

|     | 外付け温度 (°c) |       |       |
|-----|------------|-------|-------|
|     | 最低         | 平均    | 最高    |
| 1日  | -31.2      | -30.5 | -29.6 |
| 2日  | -31.1      | -30.4 | -28.6 |
| 3日  | -31.0      | -30.5 | -29.5 |
| 4日  | -31.0      | -30.4 | -29.7 |
| 5日  | -31.0      | -30.4 | -29.2 |
| 6日  | -31.1      | -30.6 | -30.2 |
| 7日  | -31.1      | -30.6 | -30.3 |
| 8日  | -31.1      | -30.4 | -29.2 |
| 9日  | -31.2      | -30.4 | -27.6 |
| 10日 | -31.2      | -30.5 | -29.3 |
| 11日 | -31.0      | -30.3 | -29.1 |
| 12日 | -31.0      | -30.3 | -27.1 |
| 13日 | -30.9      | -30.4 | -30.1 |
| 14日 | -31.0      | -30.5 | -30.2 |
| 15日 | -31.0      | -30.3 | -29.4 |
| 16日 | -31.1      | -30.4 | -29.2 |
| 17日 | -31.0      | -30.5 | -29.4 |
| 18日 | -31.0      | -30.5 | -29.7 |
| 19日 | -31.0      | -30.5 | -29.7 |
| 20日 | -31.2      | -30.7 | -30.1 |
| 21日 | -31.2      | -30.7 | -30.4 |
| 22日 | -31.1      | -30.4 | -29.1 |
| 23日 | -31.1      | -30.5 | -29.8 |
| 24日 | -31.1      | -30.3 | -28.6 |
| 25日 | -31.1      | -30.5 | -29.6 |
| 26日 | -31.0      | -30.5 | -29.6 |
| 27日 | -31.1      | -30.6 | -30.2 |
| 28日 | -31.2      | -30.7 | -30.3 |
| 29日 | -31.2      | -30.7 | -30.3 |
| 30日 | -31.1      | -30.5 | -29.7 |
| 全体  | -31.2      | -30.5 | -27.1 |

温度逸脱がないことを確認しました。  
2024年5月1日  
検査技師長 