

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2024/05

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-31.2	-30.5	-29.8
2日	-31.1	-30.5	-29.3
3日	-31.1	-30.6	-29.9
4日	-31.2	-30.7	-30.4
5日	-31.2	-30.6	-29.6
6日	-31.1	-30.7	-30.0
7日	-31.1	-30.4	-29.0
8日	-31.2	-30.5	-29.6
9日	-31.1	-30.5	-29.8
10日	-31.3	-30.4	-29.0
11日	-31.2	-30.7	-30.3
12日	-31.2	-30.7	-30.1
13日	-31.2	-30.5	-29.6
14日	-31.1	-30.6	-29.7
15日	-31.3	-30.5	-29.1
16日	-31.3	-30.6	-29.7
17日	-31.2	-30.7	-29.5
18日	-31.3	-30.7	-29.9
19日	-31.3	-30.7	-30.3
20日	-31.3	-30.6	-29.1
21日	-31.2	-30.7	-29.6
22日	-31.1	-30.5	-29.5
23日	-31.3	-30.6	-29.9
24日	-31.3	-30.6	-29.8
25日	-31.2	-30.6	-30.3
26日	-31.2	-30.7	-30.0
27日	-31.5	-30.6	-29.5
28日	-31.5	-30.6	-29.7
29日	-31.6	-30.7	-29.6
30日	-31.4	-30.6	-29.5
31日	-31.3	-30.7	-29.8
全体	-31.6	-30.6	-29.0

温度逸脱がないことを確認しました。
2024年6月3日
検査技師長 山中清史