

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2024/06

	外付け温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	-31.1	-30.7	-30.1
2日	-31.1	-30.7	-30.5
3日	-31.3	-30.6	-29.2
4日	-31.5	-30.7	-29.9
5日	-31.5	-30.4	-28.7
6日	-31.2	-30.6	-29.8
7日	-31.2	-30.6	-29.8
8日	-31.5	-30.7	-30.4
9日	-31.4	-30.7	-30.3
10日	-31.2	-30.6	-29.8
11日	-31.3	-30.6	-29.4
12日	-31.2	-30.5	-28.9
13日	-31.4	-30.6	-29.7
14日	-31.2	-30.5	-29.6
15日	-31.1	-30.6	-29.7
16日	-31.5	-30.6	-30.3
17日	-31.5	-30.5	-29.5
18日	-31.0	-30.5	-29.6
19日	-31.3	-30.5	-29.5
20日	-31.2	-30.5	-29.8
21日	-31.5	-30.5	-29.3
22日	-31.3	-30.6	-30.2
23日	-31.4	-30.6	-30.3
24日	-31.3	-30.5	-29.3
25日	-31.4	-30.5	-29.0
26日	-31.4	-30.6	-29.7
27日	-31.5	-30.6	-29.8
28日	-31.4	-30.6	-30.0
29日	-31.2	-30.6	-30.2
30日	-31.4	-30.6	-30.2
全体	-31.5	-30.6	-28.7

温度逸脱がないことを確認しました。
 2024年7月1日
 検査技師長 