

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2024/07

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-31.3	-30.5	-29.8
2日	-31.2	-30.5	-29.8
3日	-31.1	-30.5	-29.5
4日	-31.2	-30.5	-29.4
5日	-31.3	-30.6	-29.8
6日	-31.3	-30.6	-30.1
7日	-31.5	-30.7	-29.9
8日	-31.1	-30.6	-29.8
9日	-31.1	-30.5	-30.0
10日	-31.3	-30.4	-29.4
11日	-31.3	-30.5	-29.6
12日	-31.0	-30.4	-29.6
13日	-31.4	-30.6	-30.2
14日	-31.3	-30.6	-30.3
15日	-31.3	-30.6	-29.5
16日	-31.2	-30.5	-28.6
17日	-31.2	-30.4	-29.3
18日	-31.1	-28.3	-20.2
19日	-25.5	-24.9	-23.6
20日	-25.4	-25.2	-25.1
21日	-25.5	-25.2	-22.6
22日	-25.4	-24.7	-23.4
23日	-25.4	-24.7	-22.3
24日	-25.5	-24.8	-23.3
25日	-25.5	-24.9	-22.6
26日	-25.6	-25.0	-23.9
27日	-25.5	-25.3	-24.5
28日	-25.5	-25.4	-24.7
29日	-25.6	-25.0	-23.3
30日	-25.4	-25.1	-24.0
31日	-25.5	-25.0	-23.0
全体	-31.5	-28.1	-20.2

温度逸脱がないことを確認しました。

2024年8月1日

検査技師長

山中清史