

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2024/08

	外付け温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	-27.5	-25.3	-19.6
2日	-27.9	-27.1	-25.9
3日	-27.6	-27.4	-27.1
4日	-27.6	-27.4	-27.1
5日	-27.7	-27.1	-25.4
6日	-27.7	-26.5	-23.5
7日	-27.6	-26.4	-22.6
8日	-27.4	-26.8	-24.9
9日	-27.5	-27.0	-25.6
10日	-27.4	-27.3	-26.7
11日	-27.6	-27.3	-26.1
12日	-27.5	-27.3	-25.9
13日	-27.5	-27.0	-25.8
14日	-27.5	-27.1	-25.8
15日	-27.6	-27.1	-26.1
16日	-27.4	-26.7	-25.5
17日	-27.6	-27.4	-26.8
18日	-27.8	-27.4	-26.9
19日	-27.6	-26.9	-25.1
20日	-27.7	-27.2	-25.7
21日	-27.8	-27.2	-25.9
22日	-27.9	-27.1	-24.9
23日	-27.7	-27.2	-26.3
24日	-27.6	-27.3	-25.9
25日	-27.7	-27.5	-27.4
26日	-27.7	-27.1	-24.6
27日	-27.8	-27.3	-26.1
28日	-27.7	-27.3	-26.3
29日	-27.6	-27.3	-26.5
30日	-27.8	-27.3	-26.4
31日	-28.0	-27.6	-27.5
全体	-28.0	-27.1	-19.6

2024年8月1日15:14から15:17までの4分間、-20℃を下回った。
この時間、検体は入っておらず、治験の継続には問題ないと考えます。
その他、温度逸脱がないことを確認しました。

2024年9月2日
検査技師長

山中清史