

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2024/09

	外付け温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	-27.8	-27.6	-27.3
2日	-27.9	-27.4	-26.2
3日	-27.7	-27.3	-25.8
4日	-27.7	-27.3	-25.7
5日	-28.0	-27.3	-26.0
6日	-27.7	-27.2	-25.9
7日	-27.7	-27.5	-27.1
8日	-27.9	-27.6	-27.5
9日	-27.8	-27.1	-24.6
10日	-27.8	-27.1	-25.1
11日	-27.8	-27.3	-26.0
12日	-27.8	-27.2	-25.8
13日	-27.7	-27.3	-26.6
14日	-28.0	-27.6	-27.1
15日	-28.0	-27.6	-27.1
16日	-27.8	-27.6	-27.3
17日	-28.0	-27.4	-26.5
18日	-27.9	-27.4	-26.3
19日	-27.9	-27.4	-26.5
20日	-27.9	-27.4	-26.4
21日	-27.8	-27.7	-27.3
22日	-28.1	-27.7	-27.6
23日	-28.0	-27.7	-27.6
24日	-27.8	-27.4	-26.4
25日	-27.9	-27.2	-25.3
26日	-27.9	-27.4	-26.3
27日	-27.9	-27.2	-22.1
28日	-28.0	-27.6	-26.7
29日	-28.2	-27.7	-27.6
30日	-28.0	-27.5	-26.4
全体	-28.2	-27.4	-22.1

温度逸脱がないことを確認しました。

2024年10月1日

検査技師長

山中清史