

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2024/10

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-28.1	-27.6	-26.8
2日	-27.9	-27.3	-25.3
3日	-28.0	-27.5	-26.5
4日	-28.0	-27.6	-26.8
5日	-28.1	-27.8	-27.7
6日	-28.2	-27.8	-27.5
7日	-28.0	-27.5	-26.1
8日	-28.1	-27.7	-26.8
9日	-28.1	-27.6	-26.8
10日	-28.1	-27.7	-26.8
11日	-28.1	-27.7	-27.0
12日	-28.2	-27.9	-27.7
13日	-28.2	-27.9	-27.6
14日	-28.3	-27.9	-27.6
15日	-28.2	-27.6	-26.7
16日	-28.1	-27.5	-25.9
17日	-28.3	-27.7	-26.4
18日	-28.1	-27.5	-25.8
19日	-28.2	-27.8	-27.5
20日	-28.0	-27.7	-27.6
21日	-28.0	-27.4	-26.5
22日	-27.9	-27.5	-26.9
23日	-28.0	-27.2	-25.4
24日	-28.0	-27.6	-26.7
25日	-27.8	-27.4	-26.3
26日	-28.1	-27.7	-27.5
27日	-28.0	-27.7	-27.6
28日	-28.0	-26.7	-19.1
29日	-27.9	-27.4	-26.6
30日	-28.0	-27.5	-26.5
31日	-27.9	-27.6	-26.7
全体	-28.3	-27.6	-19.1

10月28日13:29分から17分間、-20℃から逸脱した。
これは庫内清掃作業によるものであったが、この時治験用検体は入っていないかった。
その他、温度逸脱がないことを確認した。

2024年11月1日

検査技師長

山中清史