

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2024/11

	外付け温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	-28.2	-27.6	-26.9
2日	-27.8	-27.7	-27.2
3日	-27.9	-27.7	-27.3
4日	-27.9	-27.7	-27.4
5日	-27.9	-27.4	-25.5
6日	-28.0	-27.5	-26.7
7日	-27.8	-27.5	-26.9
8日	-27.8	-27.2	-25.5
9日	-27.8	-27.6	-27.2
10日	-28.0	-27.7	-27.4
11日	-28.0	-27.5	-26.4
12日	-28.0	-27.5	-26.1
13日	-27.9	-27.5	-26.8
14日	-28.2	-27.6	-26.9
15日	-28.0	-27.6	-26.9
16日	-27.9	-27.7	-26.6
17日	-28.0	-27.7	-27.6
18日	-28.0	-27.6	-26.9
19日	-28.0	-27.5	-26.4
20日	-28.0	-27.6	-26.6
21日	-28.1	-27.4	-26.0
22日	-28.0	-27.6	-26.8
23日	-28.0	-27.8	-27.7
24日	-28.0	-27.8	-27.5
25日	-28.2	-27.5	-25.9
26日	-28.0	-27.7	-27.0
27日	-28.1	-27.7	-27.0
28日	-28.0	-27.7	-27.2
29日	-28.0	-27.4	-25.3
30日	-27.9	-27.7	-27.1
全体	-28.2	-27.6	-25.3

温度逸脱がないことを確認しました。

2024年12月2日

検査技師長

山中清史