

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2024/12

	外付け温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	-27.9	-27.6	-26.4
2日	-27.9	-27.4	-26.5
3日	-28.1	-27.3	<b>-24.2</b>
4日	-27.9	-27.4	-24.6
5日	-27.9	-27.6	-26.4
6日	-28.0	-27.6	-26.7
7日	-27.9	-27.7	-27.1
8日	-28.0	-27.8	-27.5
9日	-28.0	-27.4	-25.7
10日	-28.0	-27.5	-26.3
11日	-28.0	-27.4	-26.4
12日	-28.0	-27.5	-26.4
13日	-27.9	-27.5	-26.3
14日	-27.9	-27.8	-27.6
15日	-27.9	-27.8	-27.4
16日	-27.9	-27.6	-26.4
17日	-28.0	-27.6	-26.6
18日	-28.0	-27.5	-25.2
19日	-28.0	-27.6	-26.7
20日	-28.1	-27.6	-25.9
21日	<b>-28.2</b>	-27.9	-27.6
22日	-28.1	-27.9	-27.8
23日	-28.1	-27.7	-26.9
24日	<b>-28.2</b>	-27.8	-27.0
25日	-28.0	-27.7	-27.2
26日	-28.1	-27.8	-27.4
27日	-28.0	-27.7	-27.3
28日	-28.0	-27.9	-27.5
29日	-28.1	-27.9	-27.5
30日	<b>-28.2</b>	-27.9	-27.8
31日	<b>-28.2</b>	-27.9	-27.5
全体	<b>-28.2</b>	-27.7	<b>-24.2</b>

温度逸脱がないことを確認しました。  
2025年1月6日  
検査技師長 