

## 姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2025/01

	外付け温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	-28.2	-27.9	-27.7
2日	-28.1	-27.9	-27.8
3日	-28.3	-28.0	-27.7
4日	-28.2	-28.0	-27.4
5日	-28.2	-28.0	-27.8
6日	-28.1	-27.7	-27.0
7日	-28.3	-27.7	-26.6
8日	-28.2	-27.8	-27.0
9日	-28.2	-27.8	-27.2
10日	-28.3	-27.8	-26.9
11日	-28.2	-28.0	-27.5
12日	-28.2	-28.0	-27.8
13日	-28.3	-28.0	-27.8
14日	-28.2	-27.6	-25.8
15日	-28.2	-26.5	<b>-19.1</b>
16日	-28.2	-27.6	-25.1
17日	-28.2	-27.8	-26.8
18日	-28.1	-27.9	-27.7
19日	-28.1	-27.9	-27.6
20日	-28.2	-27.8	-27.0
21日	-28.2	-27.5	-22.5
22日	-28.3	-27.9	-26.4
23日	-28.3	-27.9	-26.5
24日	-28.2	-27.9	-26.5
25日	-28.4	-28.1	-27.9
26日	-28.3	-28.1	-27.3
27日	-28.3	-27.2	-25.0
28日	-28.4	-27.9	-25.8
29日	<b>-28.5</b>	-28.0	-27.1
30日	-28.3	-28.0	-27.4
31日	-28.3	-28.0	-27.6
全体	<b>-28.5</b>	-27.8	<b>-19.1</b>

2025年1月15日15時30分から20分間、-20℃から逸脱した。  
これは庫内清掃作業によるものであったが、この時治験用検体は入っていなかった。  
その他、温度逸脱がないことを確認した。

2025年2月3日

検査技師長

山中清史