

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2025/04

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-27.9	-27.5	-26.8
2日	-27.8	-27.3	-25.2
3日	-27.9	-27.6	-26.6
4日	-27.9	-27.5	-25.6
5日	-27.9	-27.7	-27.6
6日	-28.1	-27.7	-27.6
7日	-28.2	-27.6	-26.5
8日	-28.1	-27.2	-23.3
9日	-28.1	-27.6	-26.6
10日	-28.1	-27.7	-27.1
11日	-28.1	-27.6	-26.4
12日	-28.1	-27.8	-27.7
13日	-28.2	-27.9	-27.7
14日	-28.1	-27.7	-26.7
15日	-28.2	-27.7	-26.2
16日	-28.1	-27.7	-26.6
17日	-28.1	-27.7	-27.1
18日	-28.2	-27.6	-26.1
19日	-28.1	-27.9	-27.5
20日	-28.3	-27.9	-27.3
21日	-28.1	-27.2	-25.1
22日	-28.1	-27.4	-24.3
23日	-28.2	-27.2	-24.7
24日	-28.2	-27.5	-25.9
25日	-28.1	-27.6	-26.8
26日	-28.1	-27.8	-27.4
27日	-28.2	-27.8	-27.7
28日	-28.3	-27.8	-26.8
29日	-28.1	-27.8	-27.4
30日	-28.0	-27.6	-25.9
全体	-28.3	-27.6	-23.3

温度逸脱がないことを確認しました。

2025年5月1日
検査技師長