

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2025/05

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-28.3	-27.8	-26.3
2日	-28.3	-27.9	-27.0
3日	-28.3	-28.0	-27.4
4日	-28.4	-28.1	-27.8
5日	-28.4	-27.8	-25.3
6日	-28.5	-28.1	-27.7
7日	-28.3	-27.8	-27.1
8日	-28.3	-27.9	-26.6
9日	-28.3	-27.9	-26.9
10日	-28.2	-28.0	-27.8
11日	-28.3	-28.0	-27.5
12日	-28.3	-27.8	-26.7
13日	-28.2	-27.7	-25.5
14日	-28.8	-27.9	-26.9
15日	-28.3	-27.8	-26.9
16日	-28.4	-27.8	-26.9
17日	-28.2	-28.0	-27.4
18日	-28.2	-28.0	-27.5
19日	-28.2	-27.8	-26.9
20日	-28.4	-27.9	-27.4
21日	-28.3	-27.9	-27.5
22日	-28.5	-27.9	-27.1
23日	-28.4	-27.9	-26.0
24日	-28.4	-28.1	-27.7
25日	-28.3	-28.1	-28.0
26日	-28.4	-27.8	-26.7
27日	-28.5	-28.0	-27.6
28日	-28.4	-28.0	-27.1
29日	-28.3	-27.9	-27.3
30日	-28.8	-28.0	-26.6
31日	-28.5	-28.3	-28.0
全体	-28.8	-27.9	-25.3

温度逸脱がないことを確認しました。

2025年6月2日
検査技師長

井上 毅