

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2025/06

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-28.6	-28.2	-27.8
2日	-28.5	-27.9	-26.8
3日	-28.5	-28.0	-27.0
4日	-28.4	-28.0	-26.8
5日	-28.6	-28.0	-27.3
6日	-28.5	-28.1	-27.4
7日	-28.6	-28.3	-28.1
8日	-28.4	-28.2	-28.0
9日	-28.4	-28.0	-26.5
10日	-28.4	-28.1	-27.4
11日	-28.5	-27.9	-27.1
12日	-28.4	-28.0	-26.1
13日	-28.5	-28.1	-27.7
14日	-28.4	-28.1	-26.8
15日	-28.5	-28.1	-26.6
16日	-28.4	-28.0	-26.9
17日	-28.5	-28.0	-26.5
18日	-28.4	-28.1	-27.4
19日	-29.8	-28.4	-26.4
20日	-29.7	-29.3	-28.6
21日	-29.8	-29.4	-28.9
22日	-29.7	-29.4	-29.0
23日	-29.8	-29.3	-27.0
24日	-30.2	-29.4	-27.0
25日	-30.2	-29.7	-29.1
26日	-30.0	-29.5	-28.6
27日	-30.2	-29.7	-28.8
28日	-30.2	-29.8	-29.3
29日	-30.1	-29.8	-29.1
30日	-30.3	-29.8	-29.3
全体	-30.3	-28.6	-26.1

温度逸脱がないことを確認しました。

2025年7月1日
検査技師長

新上毅