

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2025/07

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-30.4	-29.8	-29.1
2日	-30.2	-28.1	-23.5
3日	-27.4	-27.0	-26.4
4日	-27.5	-27.1	-25.9
5日	-27.6	-27.4	-26.7
6日	-27.6	-27.4	-26.8
7日	-28.7	-27.4	-25.7
8日	-28.6	-27.9	-24.8
9日	-28.5	-28.0	-26.8
10日	-28.6	-28.1	-27.1
11日	-28.6	-28.1	-27.1
12日	-28.5	-28.2	-28.0
13日	-28.4	-28.2	-28.0
14日	-28.7	-28.2	-27.4
15日	-28.5	-27.8	-26.4
16日	-28.5	-28.1	-27.3
17日	-28.5	-28.0	-27.2
18日	-28.4	-28.0	-27.3
19日	-28.5	-28.3	-27.8
20日	-28.5	-28.3	-28.2
21日	-28.5	-28.3	-28.1
22日	-28.7	-28.1	-27.1
23日	-28.5	-28.0	-26.1
24日	-28.5	-28.0	-26.4
25日	-28.5	-28.1	-27.3
26日	-28.6	-28.4	-27.7
27日	-28.6	-28.3	-28.2
28日	-28.6	-28.1	-27.1
29日	-28.5	-28.1	-27.3
30日	-28.6	-28.0	-26.7
31日	-28.6	-28.0	-26.9
全体	-30.4	-28.0	-23.5

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年8月1日
検査技師長

