

## 姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2025/08

|     | 外付け温度(℃) |       |       |
|-----|----------|-------|-------|
|     | 最低       | 平均    | 最高    |
| 1日  | -28.5    | -28.0 | -27.0 |
| 2日  | -28.5    | -28.2 | -27.4 |
| 3日  | -28.4    | -28.2 | -27.5 |
| 4日  | -28.5    | -27.9 | -26.6 |
| 5日  | -28.4    | -27.8 | -26.3 |
| 6日  | -28.5    | -27.9 | -26.4 |
| 7日  | -28.6    | -28.1 | -27.4 |
| 8日  | -28.6    | -28.1 | -27.0 |
| 9日  | -28.6    | -28.3 | -28.2 |
| 10日 | -28.5    | -28.3 | -27.7 |
| 11日 | -28.5    | -28.3 | -28.1 |
| 12日 | -28.5    | -28.0 | -27.3 |
| 13日 | -28.4    | -27.0 | -21.1 |
| 14日 | -26.5    | -22.4 | -14.5 |
| 15日 | -26.4    | -25.6 | -23.8 |
| 16日 | -26.4    | -26.1 | -24.7 |
| 17日 | -26.5    | -26.2 | -25.3 |
| 18日 | -26.5    | -25.8 | -23.8 |
| 19日 | -26.5    | -25.9 | -23.9 |
| 20日 | -26.6    | -25.8 | -23.6 |
| 21日 | -26.3    | -25.9 | -24.9 |
| 22日 | -26.4    | -26.0 | -24.6 |
| 23日 | -26.5    | -26.4 | -26.0 |
| 24日 | -26.5    | -26.4 | -26.3 |
| 25日 | -26.6    | -25.0 | -20.7 |
| 26日 | -26.5    | -25.8 | -23.7 |
| 27日 | -26.5    | -25.7 | -23.8 |
| 28日 | -26.5    | -25.9 | -24.3 |
| 29日 | -26.6    | -25.9 | -24.2 |
| 30日 | -26.5    | -26.3 | -25.3 |
| 31日 | -26.5    | -26.3 | -25.7 |
| 全体  | -28.6    | -26.7 | -14.5 |

8月14日6時41分から7時54分までの1時間13分 温度逸脱があったが検体保管は全く問題ない判断する