

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2025/09

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-26.5	-26.0	-24.4
2日	-26.7	-26.0	-24.6
3日	-27.6	-26.5	-24.7
4日	-27.9	-27.4	-26.5
5日	-27.8	-27.2	-26.0
6日	-27.9	-27.6	-27.0
7日	-27.9	-27.7	-27.0
8日	-27.8	-27.2	-26.3
9日	-27.8	-27.3	-26.2
10日	-27.9	-27.5	-26.8
11日	-27.8	-27.3	-25.7
12日	-27.8	-27.3	-26.0
13日	-27.9	-27.7	-27.5
14日	-27.9	-27.6	-27.5
15日	-27.8	-27.7	-27.3
16日	-27.9	-27.4	-26.4
17日	-27.8	-27.3	-26.4
18日	-27.9	-27.5	-26.7
19日	-27.8	-27.3	-26.1
20日	-27.8	-27.6	-27.4
21日	-27.8	-27.6	-26.3
22日	-28.0	-27.2	-23.2
23日	-27.9	-27.7	-27.6
24日	-27.9	-27.4	-26.0
25日	-28.0	-27.5	-26.4
26日	-28.1	-27.5	-26.5
27日	-28.0	-27.8	-27.1
28日	-27.9	-26.5	-25.2
29日	-27.9	-26.5	-25.1
30日	-28.0	-27.3	-24.6
全体	-28.1	-27.3	-23.2

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年10月2日
検査技師長

野口 毅