

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2025/10

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-27.9	-27.5	-26.4
2日	-28.0	-27.6	-26.7
3日	-27.9	-27.5	-26.6
4日	-28.1	-27.9	-27.7
5日	-28.0	-27.8	-27.3
6日	-28.0	-27.5	-26.3
7日	-28.0	-27.5	-26.6
8日	-28.0	-27.6	-26.5
9日	-28.0	-27.4	-24.9
10日	-28.2	-27.5	-25.7
11日	-28.2	-27.8	-26.8
12日	-28.1	-27.8	-27.3
13日	-28.0	-27.9	-27.7
14日	-28.0	-27.5	-26.1
15日	-28.0	-25.6	-20.5
16日	-27.8	-25.1	-20.0
17日	-27.9	-27.2	-26.2
18日	-27.6	-27.4	-26.9
19日	-27.7	-27.4	-26.9
20日	-27.9	-27.4	-26.2
21日	-28.1	-27.5	-26.1
22日	-28.0	-27.5	-26.1
23日	-28.0	-27.7	-27.0
24日	-27.9	-27.0	-25.5
25日	-27.8	-27.6	-27.2
26日	-27.8	-27.6	-27.4
27日	-28.1	-27.4	-26.5
28日	-27.9	-27.5	-26.7
29日	-28.0	-27.6	-27.0
30日	-27.9	-27.2	-25.7
31日	-27.9	-27.4	-26.2
全体	-28.2	-27.4	-20.0

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年11月4日
検査技師長

野上 毅