

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2025/11

	外付け温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	-27.9	-27.6	-26.4
2日	-27.9	-27.7	-27.5
3日	-27.9	-27.7	-26.8
4日	-28.1	-27.5	-26.4
5日	-27.9	-27.4	-26.3
6日	-28.1	-27.6	-26.4
7日	-27.9	-27.4	-25.6
8日	-27.9	-27.7	-27.6
9日	-27.9	-27.7	-27.6
10日	-28.1	-27.4	-26.1
11日	-28.2	-27.7	-26.4
12日	-28.1	-27.6	-26.4
13日	-28.0	-27.6	-26.5
14日	-28.1	-27.6	-26.5
15日	-28.0	-27.9	-27.7
16日	-28.1	-27.9	-27.7
17日	-28.0	-27.5	-26.3
18日	-28.1	-27.5	-26.4
19日	-28.1	-27.4	-24.3
20日	-28.1	-27.4	-25.1
21日	-28.2	-27.6	-26.4
22日	-27.9	-27.8	-27.6
23日	-28.0	-27.8	-27.6
24日	-28.0	-27.7	-27.3
25日	-28.1	-27.5	-26.5
26日	-28.2	-27.6	-26.5
27日	-28.0	-27.6	-26.3
28日	-28.1	-27.7	-26.2
29日	-28.1	-28.0	-27.8
30日	-28.1	-27.9	-27.7
全体	-28.2	-27.6	-24.3

温度逸脱がないことを確認しました。

2025年12月1日

検査技師長

岸上 毅