

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2025/12

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-28.1	-27.7	-26.6
2日	-28.1	-27.6	-26.6
3日	-28.1	-27.5	-26.6
4日	-28.2	-27.6	-26.2
5日	-28.1	-27.6	-26.7
6日	-28.2	-28.0	-27.9
7日	-28.2	-28.0	-27.9
8日	-28.1	-27.7	-26.8
9日	-28.2	-27.6	-26.4
10日	-28.1	-27.6	-26.5
11日	-28.2	-27.7	-26.6
12日	-28.1	-27.7	-26.7
13日	-28.1	-28.0	-27.7
14日	-28.2	-27.9	-27.5
15日	-28.1	-27.7	-26.5
16日	-28.1	-27.7	-26.1
17日	-28.1	-27.8	-26.5
18日	-27.9	-27.2	-25.6
19日	-28.0	-27.5	-26.1
20日	-28.0	-27.7	-26.7
21日	-28.0	-27.8	-27.5
22日	-28.0	-27.5	-26.0
23日	-27.8	-27.1	-25.6
24日	-28.0	-27.7	-25.9
25日	-28.0	-27.5	-26.5
26日	-28.0	-27.3	-25.7
27日	-28.0	-27.7	-27.3
28日	-28.1	-27.8	-27.3
29日	-28.0	-27.8	-27.3
30日	-28.1	-27.9	-27.6
31日	-28.2	-27.9	-26.6
全体	-28.2	-27.7	-25.6

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年1月5日
検査技師長

野上 毅