

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2026/01

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-28.1	-27.6	-26.6
2日	-28.3	-28.0	-27.5
3日	-28.1	-27.9	-27.5
4日	-28.2	-27.9	-26.8
5日	-28.1	-27.3	-23.8
6日	-28.3	-27.6	-26.6
7日	-28.2	-27.6	-26.5
8日	-28.4	-27.9	-27.4
9日	-28.2	-27.3	-25.7
10日	-28.2	-28.0	-27.5
11日	-28.2	-28.0	-27.6
12日	-28.3	-28.0	-27.3
13日	-28.3	-27.6	-26.5
14日	-28.3	-27.8	-27.5
15日	-28.1	-27.2	-25.6
16日	-27.9	-27.4	-26.3
17日	-27.8	-27.6	-27.2
18日	-27.8	-27.3	-24.2
19日	-27.8	-27.2	-25.3
20日	-27.8	-27.3	-26.5
21日	-27.8	-27.5	-26.7
22日	-27.7	-26.9	-25.4
23日	-27.9	-27.3	-26.3
24日	-27.8	-27.6	-27.2
25日	-27.8	-27.6	-27.5
26日	-27.8	-27.2	-26.4
27日	-27.8	-27.3	-26.4
28日	-27.8	-27.4	-26.4
29日	-27.7	-27.3	-26.0
30日	-27.8	-27.4	-26.5
31日	-27.7	-27.6	-27.4
全体	-28.4	-27.5	-23.8

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年2月2日
検査技師長

野上 毅