

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2026/02

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	-27.7	-27.6	-27.3
2日	-27.9	-27.4	-26.5
3日	-27.9	-27.5	-26.6
4日	-27.8	-27.3	-26.2
5日	-27.9	-27.5	-26.1
6日	-28.0	-27.5	-26.4
7日	-27.8	-27.6	-27.5
8日	-27.7	-27.6	-27.5
9日	-27.8	-27.3	-26.1
10日	-27.9	-27.3	-25.9
11日	-27.6	-27.5	-27.2
12日	-27.8	-27.2	-26.0
13日	-27.8	-27.3	-26.0
14日	-27.6	-27.4	-27.2
15日	-27.6	-27.4	-27.3
16日	-27.8	-27.0	-25.3
17日	-27.8	-27.3	-25.8
18日	-27.5	-27.1	-25.9
19日	-27.5	-27.1	-25.9
20日	-27.5	-27.1	-25.5
21日	-27.5	-27.3	-26.9
22日	-27.6	-27.4	-27.2
23日	-27.5	-27.3	-27.0
24日	-27.5	-26.3	-24.4
25日	-27.5	-26.7	-25.4
26日	-27.4	-26.9	-25.2
27日	-27.4	-26.8	-25.6
28日	-27.3	-27.1	-26.8
全体	-28.0	-27.2	-24.4

温度逸脱がないことを確認しました。  
2026年3月2日  
検査技師長

新と毅