

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2026/03

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	-27.3	-27.2	-27.1
2日	-27.4	-26.9	-25.3
3日	-27.5	-26.9	-25.1
4日	-27.4	-26.8	-25.2
5日	-27.4	-26.9	-25.6
6日	-27.3	-26.8	-24.9
7日	-27.4	-27.2	-27.1
8日	-27.5	-27.3	-27.1
9日	-27.5	-26.8	-25.5
10日	-27.3	-26.8	-25.7
11日	-27.3	-26.9	-25.7
12日	-27.4	-26.9	-25.5
13日	-27.4	-26.8	-25.5
14日	-27.3	-27.2	-26.1
15日	-27.4	-27.2	-27.1
16日	-27.4	-26.9	-25.7
17日	-27.4	-27.2	-26.4
18日	-27.2	-26.7	-24.9
19日	-27.4	-26.7	-24.9
20日	-27.3	-27.2	-27.1
21日	-27.3	-27.2	-27.1
22日	-27.3	-27.2	-27.1
23日	-27.3	-27.0	-25.9
24日	-27.3	-26.9	-25.4
25日	-27.2	-26.8	-26.0
26日	-27.3	-26.7	-25.3
27日	-27.4	-26.8	-25.1
28日	-27.4	-27.2	-26.9
29日	-27.3	-27.2	-27.1
30日	-27.3	-26.7	-25.4
31日	-27.3	-26.8	-25.5
全体	-27.5	-27.0	-24.9

温度逸脱がないことを確認しました。  
2026年4月1日  
検査技師長

新上毅