

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2026/04

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-27.3	-26.8	-25.3
2日	-27.4	-26.9	-25.6
3日	-27.4	-26.9	-25.5
4日	-27.3	-27.2	-27.1
5日	-27.3	-27.2	-27.1
6日	-27.5	-26.8	-25.4
7日	-27.4	-26.1	-19.7
8日	-27.4	-26.8	-25.5
9日	-27.4	-26.9	-25.4
10日	-27.4	-20.9	-8.5
11日	-22.8	-22.7	-22.5
12日	-22.9	-22.7	-22.6
13日	-22.8	-22.5	-21.7
14日	-22.9	-22.7	-22.5
15日	-22.7	-22.3	-21.4
16日	-22.8	-22.3	-21.0
17日	-22.6	-22.3	-21.6
18日	-22.5	-22.4	-22.3
19日	-22.5	-22.4	-22.3
20日	-22.5	-22.1	-21.3
21日	-22.5	-22.2	-21.4
22日	-22.5	-22.1	-20.7
23日	-22.5	-22.1	-21.2
24日	-22.6	-22.2	-21.6
25日	-22.7	-22.5	-22.2
26日	-22.6	-22.5	-22.3
27日	-22.7	-22.3	-21.3
28日	-22.9	-22.4	-21.3
29日	-22.8	-22.5	-22.3
30日	-22.6	-22.2	-21.0
全体	-27.5	-23.7	-8.5

4月7日15時10分から15時21分までの12分、4月10日8時33分から11時27分までの175分、
 温度逸脱があったが治験検体の保管がないことを確認した。
 なお、上記以外においては温度逸脱がないことを確認した。
 2026年5月1日
 検査技師長

新 野 毅