

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2026/06

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	-23.4	-23.1	-22.5
2日	-23.4	-23.1	-22.4
3日	-23.1	-22.9	-22.6
4日	-23.1	-22.8	-22.0
5日	-23.4	-23.1	-22.4
6日	-23.4	-23.2	-23.0
7日	-23.4	-23.3	-23.2
8日	-23.3	-23.1	-22.4
9日	-23.6	-23.1	-22.1
10日	-23.4	-23.1	-22.6
11日	-23.5	-23.2	-22.6
12日	-23.5	-23.2	-22.7
13日	-23.5	-23.3	-23.2
14日	-23.5	-23.4	-23.3
15日	-23.5	-23.0	-22.4
16日	-23.3	-22.7	-21.7
17日	-23.0	-22.6	-21.8
18日	-22.8	-22.4	-21.2
19日	-23.0	-22.6	-22.1
20日	-23.0	-22.8	-22.5
21日	-22.9	-22.8	-22.8
22日	-22.9	-22.4	-21.0
23日	-22.9	-22.3	-21.1
24日	-22.8	-22.3	-20.9
25日	-22.8	-22.3	-21.0
26日	-22.7	-22.3	-21.0
27日	-22.7	-22.6	-22.4
28日	-22.6	-21.2	-18.7
29日	-22.6	-20.6	-18.4
30日	-22.6	-22.1	-20.9
全体	-23.6	-22.7	-18.4

6月28日8時48分から10時50分までの123分間、6月29日5時38分から8時35分までの178分間温度逸脱があったが、上記以外の時間帯では温度逸脱がないことを確認しました。
 2026年7月2日
 検査技師長

野上 毅