

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2026/07

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-22.6	-22.0	-20.7
2日	-22.5	-21.9	-20.7
3日	-22.6	-22.1	-21.0
4日	-22.5	-22.4	-22.1
5日	-22.6	-22.4	-22.3
6日	-22.5	-22.1	-21.1
7日	-22.6	-22.0	-20.8
8日	-22.5	-22.0	-20.6
9日	-22.5	-22.0	-20.8
10日	-22.5	-22.1	-20.9
11日	-22.6	-22.4	-22.0
12日	-25.3	-22.7	-20.7
13日	-20.8	-19.0	-17.3
14日	-24.9	-22.0	-19.4
15日	-25.0	-24.5	-23.2
16日	-25.1	-24.5	-23.5
17日	-25.1	-24.6	-23.6
18日	-25.0	-24.9	-24.4
19日	-25.1	-25.0	-24.9
20日	-25.1	-25.0	-24.9
21日	-27.7	-25.8	-24.5
22日	-25.7	-23.9	-22.7
23日	-23.9	-23.3	-22.3
24日	-23.9	-23.3	-22.8
25日	-23.5	-23.4	-23.0
26日	-23.6	-23.5	-23.4
27日	-23.7	-23.6	-23.5
28日	-24.2	-23.4	-22.6
29日	-23.7	-23.4	-22.8
30日	-23.7	-23.4	-22.8
31日	-24.4	-23.8	-23.2
全体	-27.7	-23.1	-17.3

7月13日16時4分-7月14日0時55分、7月14日8時46分-9時32分の間で温度逸脱が生じましたが、その間試験検体の保管がされていないことを確認しました。
温度センサの位置がずれたため逸脱が生じたと考えられます。
上記以外の時間帯では温度逸脱がないことを確認しました。
2026年8月3日
検査技師長

新上 穀