

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2026/08

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-24.6	-24.4	-24.0
2日	-24.5	-24.4	-24.3
3日	-24.5	-24.0	-22.9
4日	-24.4	-23.9	-23.2
5日	-24.6	-24.3	-23.6
6日	-24.7	-24.4	-23.7
7日	-24.6	-24.3	-23.7
8日	-24.7	-24.5	-24.1
9日	-24.7	-24.6	-24.6
10日	-24.8	-24.5	-24.0
11日	-24.8	-24.7	-24.3
12日	-24.8	-24.6	-23.9
13日	-24.8	-24.5	-24.1
14日	-24.8	-24.5	-24.0
15日	-24.7	-24.6	-24.3
16日	-24.8	-24.7	-24.6
17日	-24.8	-24.7	-24.4
18日	-24.9	-24.6	-24.0
19日	-24.8	-24.5	-23.9
20日	-26.7	-25.1	-23.6
21日	-26.2	-24.9	-23.4
22日	-24.5	-24.3	-23.9
23日	-24.5	-24.4	-24.3
24日	-24.5	-24.2	-23.6
25日	-24.5	-24.2	-23.4
26日	-24.4	-24.1	-23.7
27日	-24.5	-24.1	-23.6
28日	-24.6	-24.1	-23.7
29日	-24.3	-24.2	-23.9
30日	-24.4	-24.2	-24.1
31日	-24.4	-24.1	-23.5
全体	-26.7	-24.4	-22.9

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年9月1日
検査技師長

野上 毅