

姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2026/09

	外付け温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	-24.3	-24.0	-23.5
2日	-24.5	-24.1	-23.7
3日	-24.5	-24.1	-23.8
4日	-24.4	-24.1	-23.7
5日	-24.4	-24.2	-23.9
6日	-24.4	-24.3	-24.2
7日	-24.5	-24.2	-23.8
8日	-24.3	-24.1	-23.8
9日	-24.7	-24.3	-23.9
10日	-24.4	-24.2	-23.8
11日	-24.4	-24.1	-23.7
12日	-24.3	-24.1	-23.9
13日	-24.2	-24.1	-23.9
14日	-24.5	-24.1	-23.8
15日	-24.6	-24.1	-23.8
16日	-24.7	-24.2	-23.9
17日	-24.6	-24.2	-23.8
18日	-24.5	-24.1	-23.7
19日	-24.2	-24.1	-23.8
20日	-24.2	-24.2	-24.1
21日	-24.3	-24.1	-23.9
22日	-24.2	-24.1	-24.0
23日	-24.3	-24.2	-24.1
24日	-24.4	-24.1	-23.7
25日	-24.8	-24.2	-23.9
26日	-24.2	-24.1	-24.0
27日	-24.2	-24.2	-24.1
28日	-24.4	-24.1	-23.6
29日	-24.7	-24.2	-23.9
30日	-24.8	-24.2	-24.0
全体	-24.8	-24.1	-23.5

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年10月1日
検査技師長

新 穀