姫路医療センター 検査科

ID2105 [冷凍庫(-20℃以下)]

2026/10

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	-24.5	-24.1	-23.7
2日	-24.4	-24.2	-23.8
3日	-24.3	-24.2	-24.0
4日	-24.3	-24.2	-24.1
5日	-24.6	-24.3	-24.0
6日	-24.7	-24.3	-24.0
7日	-24.7	-24.2	-23.9
8日	-24.6	-24.2	-24.0
9日	-24.5	-24.3	-23.9
10日	-24.3	-24.2	-24.0
11日	-24.3	-24.2	-24.1
12日	-24.2	-24.2	-24.0
13日	-24.7	-24.2	-23.9
14日	-24.6	-24.0	-23.1
15日	-28.2	-5.1	18.3
16日	-29.7	-25.4	-20.0
17日	-25.0	-24.8	-24.4
18日	-25.0	-24.8	-24.7
19日	-24.9	-24.2	-21.2
20日	-24.5	-23.7	-21.3
21日	-25.7	-24.1	-21.9
22日	-26.0	-25.5	-23.7
23日	-26.1	-25.5	-23.2
24日	-25.8	-25.6	-24.9
25日	-25.8	-25.6	-25.5
26日	-25.9	-25.2	-23.4
27日	-26.0	-25.4	-23.6
28日	-25.9	-25.4	-23.5
29日	-26.0	-25.4	-23.6
30日	-26.0	-25.3	-23.7
31日	-25.8	-25.6	-25.5
全体	-29.7	-24.0	18.3

10月15日冷凍庫の霜取り作業を行ったため、10時20分より17時45分までの時間で温度逸脱が生じました。
この時間帯での検体の保管はありませんでした。
その他の時間で温度逸脱は認められないことを確認しました。
2026年11月2日
検査技師長