

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2022/09

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日			
2日			
3日			
4日			
5日	-87.5	-87.0	-84.3
6日	-87.8	-87.3	-85.9
7日	-87.9	-87.3	-85.4
8日	-87.7	-87.4	-85.7
9日	-87.9	-87.6	-85.9
10日	-88.0	-87.8	-86.0
11日	-88.1	-87.8	-86.1
12日	-87.9	-87.6	-85.8
13日	-88.0	-87.6	-85.8
14日	-87.9	-87.6	-85.8
15日	-88.0	-87.6	-85.9
16日	-88.0	-87.7	-85.8
17日	-87.9	-87.6	-86.0
18日	-87.9	-87.7	-85.9
19日	-88.1	-87.8	-86.0
20日	-88.0	-87.7	-85.7
21日	-88.0	-87.5	-85.7
22日	-87.7	-87.4	-85.7
23日	-87.9	-87.6	-85.9
24日	-87.9	-87.7	-86.0
25日	-88.0	-87.7	-86.0
26日	-87.7	-87.4	-85.3
27日	-87.8	-87.4	-85.4
28日	-87.7	-87.5	-85.7
29日	-87.8	-87.5	-85.7
30日	-87.8	-87.5	-85.7
全体	-88.1	-87.5	-84.3

2022年9月12日 運用開始

山中清史