

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2022/10

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	-88.1	-87.9	-86.1
2日	-88.2	-87.9	-86.1
3日	-88.1	-87.7	-85.7
4日	-87.9	-87.5	-86.0
5日	-87.9	-87.6	-85.7
6日	-88.0	-87.8	-86.0
7日	-88.1	-87.9	-86.1
8日	-88.1	-87.8	-86.1
9日	-88.2	-87.9	-86.2
10日	-88.3	-88.1	-86.3
11日	-88.2	-87.8	-85.9
12日	-88.0	-87.7	-85.4
13日	-88.1	-83.4	-75.5
14日	-88.2	-87.9	-86.4
15日	-88.5	-88.2	-86.8
16日	-88.5	-88.3	-86.7
17日	-88.6	-88.2	-86.7
18日	-88.5	-88.2	-86.6
19日	-88.6	-88.1	-86.6
20日	-88.3	-88.1	-86.6
21日	-88.3	-87.9	-85.9
22日	-88.5	-88.2	-86.8
23日	-88.5	-88.1	-86.6
24日	-88.4	-87.6	-84.4
25日	-88.3	-87.8	-86.6
26日	-88.2	-87.9	-86.5
27日	-88.3	-87.9	-86.1
28日	-88.5	-88.0	-86.7
29日	-88.4	-88.1	-86.6
30日	-88.4	-88.2	-86.7
31日	-88.4	-88.0	-86.4
全体	-88.6	-87.8	-75.5

温度逸脱がないことを確認しました。

2022年11月1日

検査技師長： 山中清史