

姫路医療センター 検査科

ID2106 [冷凍庫(-80℃以下)]

2022/11

	外付け温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	-88.3	-87.8	-86.1
2日	-87.8	-87.6	-86.0
3日	-88.3	-88.1	-86.6
4日	-88.4	-87.9	-86.3
5日	-88.3	-88.0	-86.3
6日	-88.3	-88.2	-86.7
7日	-88.6	-88.1	-86.9
8日	-88.2	-87.9	-86.3
9日	-88.1	-87.9	-86.4
10日	-88.3	-87.9	-86.6
11日	-88.1	-87.6	-85.9
12日	-88.2	-87.9	-86.6
13日	-88.3	-88.0	-86.6
14日	-88.3	-87.8	-86.2
15日	-88.2	-88.0	-86.5
16日	-88.3	-87.9	-86.6
17日	-88.1	-87.9	-86.4
18日	-88.2	-88.0	-86.4
19日	-88.3	-88.0	-86.4
20日	-88.4	-88.1	-86.7
21日	-88.3	-87.9	-86.1
22日	-88.4	-87.8	-86.7
23日	-88.3	-88.0	-86.4
24日	-88.3	-88.0	-86.5
25日	-88.4	-88.0	-86.7
26日	-88.2	-87.9	-86.3
27日	-88.5	-88.2	-86.8
28日	-88.4	-88.1	-86.6
29日	-88.2	-87.8	-86.4
30日	-88.3	-87.9	-85.7
全体	-88.6	-87.9	-85.7

温度逸脱がないことを確認しました。

2022年 12月 / 日

検査技師長： 山中清史